

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp máy chạy thận nhân tạo.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của chủ đầu tư.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 15 giờ, ngày 25/4/2026
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/daud-thau/thong-bao-moi-chao-gia>
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: CN. Phạm Đức Minh

Số điện thoại: 028 3952 5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K19-095-pdminh).

PH17



BM: CVĐT.01(1)

TU. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh

ju

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 1743./BVĐHYD-VTTB ngày 14 tháng 1 năm 2026)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Yêu cầu về cung cấp hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1.	Máy chạy thận nhân tạo	<ul style="list-style-type: none">- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau.- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.1. Thông tin chung:<ul style="list-style-type: none">- Lọc máu thường (HD – Hemodialysis)- Lọc máu siêu lọc (UF – Ultrafiltration)2. Hệ thống bơm máu:<ul style="list-style-type: none">- Lưu lượng bơm máu: 50 – 600 ml/phút- Áp lực tĩnh mạch: -50 đến +500 mmHg- Áp lực động mạch: -300 đến +500 mmHg3. Hệ thống dịch lọc:<ul style="list-style-type: none">- Dẫn dịch bicarbonate và axetat- Kiểm soát độ dẫn điện: 12 – 16 mS/cm- Nhiệt độ dịch lọc: 30 – 39°C- Siêu lọc (UF): 0 – 4,0 l/h, độ chính xác ±1%- Giám sát áp lực dịch lọc: -700 đến +700 mmHg4. Tính năng an toàn:<ul style="list-style-type: none">- Cảm biến khí tĩnh mạch: Phát hiện bọt khí trong máu- Cảm biến rò rỉ máu: Hệ thống quang học tự động phát hiện- Giám sát nhiệt độ dịch lọc: Cảnh báo khi có sai lệch- Tự động xả khí, sục rửa và khử trùng nội bộ5. Nguồn điện & tiêu thụ năng lượng:<ul style="list-style-type: none">- Điện áp: ~ 220V / 50Hz- Công suất tiêu thụ: 1500 – 2000 VA6. Màn hình & giao diện điều khiển:<ul style="list-style-type: none">- Màn hình LCD/TFT màu, hiển thị đầy đủ thông số điều trị- Điều khiển bằng nút xoay hoặc màn hình cảm ứng (tùy dòng máy)- Lưu trữ và hiển thị thông số bệnh nhân	Cái	02

